

WSZ-EP-21/ZO/ 989/2017

Konin, 04 sierpnia 2017 r.

### Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-21/ZO/2017 na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu dla potrzeb WSZ w Koninie.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu dla potrzeb WSZ w Koninie uprzejmie wyjaśniamy:

Czy w **pakiecie 1** zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci taśmy ginekologicznej TOT dla kobiet „Obtryx”, zakładanej techniką przezczasłonową metodą „out side – in side”? Pozostałe parametry taśmy:

- Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m<sup>2</sup>,
- Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 μm,
- Grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm,
- Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilamen,
- Siatka w osłonie plastikowej, długość siatki 44 cm, szerokość 1,1 cm,
- Krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone,
- Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- Dwa systemy igieł jednorazowych do aplikacji (do wyboru przez zamawiającego),  
w tym jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak  
i podziałem lewa/prawa.

---

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*