

WSZ-EP-14/.....³⁶⁶...../2018

Konin,**27 MAR. 2018**.....

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikację

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji oraz procesorów mowy/dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-14/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1 :

(Dotyczy: załącznik nr 5 do SIWZ; pakiet 2; parametry wymagane pkt. 3.1)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wykorzystujące, akumulatory - jako alternatywne, ekonomiczne oraz ekologiczne źródło zasilania procesora dźwięku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 2 :

(Dotyczy: załącznik nr 2 do SIWZ; pakiet 3; parametry oceniane pkt. 1)

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory. Podać typ baterii.”?

Uzasadnienie: Akumulatory stanowią alternatywne źródło zasilania procesorów dźwięku. Akumulatory podlegają wielokrotnemu ładowaniu, co znacząco wpływa na komfort użytkowania rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ż-68 Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka