



WSZ-EP-2/.....⁴⁵².../2018

Konin, 09.04.2018 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ.

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w ramach projektu: „Remont estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karettek oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.”, (nr sprawy: WSZ-EP-2/2018).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 1 Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem – 1 szt.

Lp. II. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z adaptacyjnym trybem wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp. III. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływem szczytowym dla oddechów obowiązkowych VCV w zakresie od 6 do 180 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Lp. III. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kształtem krzywej przepływu: prostokątny w trybach objętościowych, opadający w trybach z gwarantowaną objętością?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka