



WSZ-EP-2/457/2018

Konin, 09.04.2018 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ.

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w ramach projektu: „Remont estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karettek oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.”, (nr sprawy: WSZ-EP-2/2018).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), uprzejmie wyjaśniamy:

Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

1. Par. 5 ust. 7 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 13 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy.” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Par. 8 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęto się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1 - Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem – 1 szt; - Zał. nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

II. Tryby wentylacji

3. Pkt. 12 Czy w celu zapewnienia uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści respirator, bez wymienionych w punkcie 12, trybów wentylacji i uzna jako odpowiednik, unikalny tryb automatycznej funkcji SBT, która pozwala pacjentowi oddychać w sposób spontaniczny przez z góry narzucony czas próby, pozwala na monitorowanie parametrów i trendów SBT, ustawia parametry odzwyczajania specyficzne dla danej próby, przekroczenie których spowoduje automatyczne zakończenie próby i bezpośrednie przejście do ustawień poprzedniego, kontrolowanego trybu wentylacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



III. Parametry nastawialne

4. Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści częstość oddechów w zakresie 3-120 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści czas wdechu w zakresie od 0,25 do 15 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści czas trwania fazy niskiego ciśnienia w zakresie od 0.25 do 18 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści czas trwania fazy wysokiego ciśnienia w zakresie od 0.25 do 15 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wyzwalanie przepływem w zakresie 1-9 l/min? Respirator posiada także trigger ciśnieniowy regulowany w zakresie od -0,25 do -10 cmH₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie wspomaganie w zakresie 0-60cmH₂O? Z klinicznego punktu widzenia jest to zakres wystarczający.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Pkt. 15 Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający możliwości bezpośredniego wyboru rodzaju krzywej przepływu ale z możliwością kształtowania tej krzywej do odpowiadającemu użytkownikowi kształtu pośrednio za pomocą odpowiednich parametrów wentylacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


IV. Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji

11. Pkt. 10 Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość odczytu szczytowego przepływu wydechowego z krzywej spirometrycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Pkt. 24 Zamawiający zaakceptuje średni pomiar oporów wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych pacjenta mierzone podczas cyklu oddechowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka