



WSZ-EP-2/...../2018

Konin, 09.04.2018 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikację.

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w ramach projektu: „Remont estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karettek oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.”, (nr sprawy: WSZ-EP-2/2018).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy: Pakiet nr 5 Butla tlenowa 2 litrowa z reduktorem.

1. Czy Zamawiający dopuści butlę tlenową z reduktorem dwulitrową (pojemność wodna) o pojemności opisanej w pkt. 7 o wartości 400l? Proponowana pojemność odpowiada powszechnie stosowanym butlom o pojemności wodnej 2l, i wynika ze znamionowego ciśnienia pracy 200bar – odpowiedniego do prawidłowej współpracy z reduktorem ciśnienia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zał. nr 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka
Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka