

WSZ-EP-30/.....1029...../2018

Konin, **30 LIP. 2018**

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-30/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 9 – wirówka laboratoryjna 3 szt.

Proszę o doprecyzowanie jakich probówek Zamawiający używa poprzez określenie wymiarów / pojemności probówek, aby dobrać właściwe pojemniki i wkładki redukcyjne do wirnika kąтового.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że używa probówko-strzykawkę o pojemnościach: 4,9 mL (o wymiarach 90 x 13 mm) oraz 5,5 mL (o wymiarach 75 x 15 mm).

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka

Sporządziła: R. Janik