

WSZ-EP-30/.....1038...../2018

Konin, 30 LIP. 2018.....

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-30/2018)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

**PAKIET NR 6**

**Pytanie**

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 6, Wstrzykiwacz kontrastu**

Czy Zamawiający dopuści dwutłokowy automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej o poniższych parametrach:

- automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz)
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie 80 protokołów
- zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej
- głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności 8 godzin
- równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora
- obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony bezprzewodowo ze wstrzykiwaczem
- generowane ciśnienie do 305 PSI
- brak zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez łącze internetowe
- prędkość wymuszonego przepływu 0,1–10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s
- opóźnienie skanowania 0–255 s przyrost co 1 sekundę lub 0,1 sekundy
- ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej
- wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografami na poziomie klasy CAN IV
- kompleksowa dostawa i instalacja nowego fabrycznie wstrzykiwacza kontrastu z pięcioletnim pełnym, gwarantowanym okresem serwisowania oraz modułem umożliwiającym integrację z posiadanym tomografem w klasie CAN IV

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: R. Janik