

Konin, 15-06-2018 r.

WSZ-EP-31/777 /2018

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę wyrobów medycznych i opatrunków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-31/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Dotyczy pakiet 8 pozycja 1**

Wnosimy o dopuszczenie klipsów pakowanych po 50 sztuk magazynków w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego ilości sztuk magazynków w opakowaniu zbiorczym. W związku z powyższym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-31/2018, który udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

#### **Dotyczy pakiet 8 poz 2**

Wnosimy o dopuszczenie klipsownic wielokrotnego użytku dla klipsów tytanowych o długości od 15 cm do 28cm do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza klipsownice wielokrotnego użytku dla klipsów tytanowych o długości od 15 cm do 28cm. W związku z powyższym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-31/2018, który udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

#### **Dotyczy pakiet 8 poz 1**

Czy Zamawiający oczekuje klipsów, które posiadają metryczki do wklejania w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie określa powyższego.**

#### **Dotyczy § 7 pkt. 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy**

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za nieterminową dostawę przedmiotu umowy (pkt.1.1) oraz za opóźnienie

w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy (pkt.1.2) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy § 8 pkt. 2.1, 2.2, 2.3 wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 7 pkt. 2.1, 2.2, 2.3 wzoru umowy poprzez modyfikację zapisów:

- 1) **co najmniej** trzykrotnego **kolejnego** opóźnienia w dostawie lub reklamacji,
  - 2) jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14 dni **z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie**
  - 3) **co najmniej** dwukrotnej **kolejnej** reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.**
- Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi modyfikację SIWZ nr WSZ-EP-31/2018 i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska