

Konin, .....**2.1.11.2018**.....**WSZ-EP-52/1420/2018**

wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ****Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-52/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pak.1. Dializatory kapilarne z błoną helixonową - niskoprzepływowe (do wyboru wg potrzeb),sterylizacja - para wodna - poz. 1, 2, 3 dializatorów kapilarnych, niskoprzepływowych , z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu, unikalna trojwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu, efektywny klirens mocznika i fosforanów, o powierzchni 1,4 m2 sterylizowany para wodna, UF:10 ml/h x mmHg o powierzchni 1,7 m2 sterylizowanych parą wodną UF: 12,5 ml/h x mmHg, o powierzchni 2,1 m2 sterylizowanych parą wodną UF: 15,0 ml/h x mmHg;

a w części - Dializatory kapilarne z błoną helixonową- wysokoprzepływowe, (do wyboru wg potrzeb) sterylizacja para wodna - w poz. 4 i 5 dializatorów kapilarnych wysokoprzepływowych z błoną Poracton o pow. 1,4 , współczynnik ultrafiltracji 48 ml/h x mmHg, Poracton o pow.1,8 , współczynnik ultrafiltracji 54 ml/h x mmHg? (Błona Poracton pomaga zatrzymać niebędne białka, zapewnia wysoką wydajność w usuwaniu małych i średnich cząstek ). Zgodnie z dyrektywami unijnymi Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.****Pytanie 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z Pakietu 3 – Linie Krwi – poz.2 . Wyłączenie w/w poz. nr 2 pozwoli na złożenie oferty przez więcej niż jednego oferenta, co będzie w zgodzie z dyrektywami unijnymi gdzie jest mowa , że Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pak.4.

**Dializator niskoprzepływowo z błoną syntetyczną polinefronową typu Helixon (dp wyboru wg potrzeb) sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma poz. od 1, 2, 3 oraz 4 dializatorów kapilarnych w trzech powierzchniach błony, niskoprzepływowych, z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów polaryletersulfonu, poliwinylpiperolidonu i poliamidu- unikalna trojwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu, efektywny klirens mocznika i fosforanów, o powierzchni 1,4 m<sup>2</sup>; 1,7m<sup>2</sup>; 2,1 m<sup>2</sup> (do wyboru wg. potrzeb Zamawiającego) sterylizowane para wodna ? Uniwersalna budowa poprawia klirens cząstek rozpuszczonych, co umożliwia dopasowanie do zrozniczonych potrzeb pacjentów. Zgodnie z dyrektywami unijnymi Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.**

Naczelną Pielęgniarką  
  
mgr Maria Wróbel