

Konin, .....21 LIS. 2018.....r.

**WSZ-EP-52/1422/2018**

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-52/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Czy w pakiecie 7 Zamawiający dopuści:

Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 14,5FR, przekrój "podwójne D", końcówka cewnika zakończona niestymetrycznie – ok. 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, cewnik wykonany z materiału carbothane z mufą dakronową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego materiału. W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr, igła wprowadzająca grubość 18Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J, rozszerzacz 12Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, przewodnik rozdzierany 16Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość cewnika do mufy w cm: 19,23,28,33cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.**

#### Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuści:

Cewnik 3-kanałowy czasowy 12,5FR, wykonany z poliuretanu odpornego na załamania, symetryczna końcówka zmniejszająca recykulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dł. 70 cm, rozszerzacz naczyniowy 10FR, rozszerzacz naczyniowy 12FR, 3 zatyczki, ruchome skrzydełka do mocowania, ramiona proste długości 13, 16cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 13cm, 16cm, 20cm, 24 cm. Rozmiar cewnika do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo - cenowego – zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl)**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi modyfikację SIWZ nr WSZ-EP-52/2018 i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Naczelną Pielęgniarką  
*z up. M. Wróbel*  
mgr Maria Wróbel