

Konin,~~2.1.15.~~ 2018.

WSZ-EP-52/~~1423~~ /2018

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-52/2018

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 6** wysokiej klasy cewników firmy Arrow/Teleflex o następujących parametrach:

1) Poz.1 zestawy cewników czasowych, 2 - kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące.

- cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego prowadnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

2) Poz.2 zestawy cewników czasowych, 2 - kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące. Przepływ 450ml/min.

-cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego prowadnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

3) Poz.3 cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/23 cm.

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika

1 kartę identyfikacyjną pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

4) Poz.4 cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/28 cm.

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzało tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzało tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika

2 kartę identyfikacyjną pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

5) Poz.5 cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 19 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufką, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.

1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzało 16 Fr

1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie

1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

1: zespół rozgałęziacza

2: koreczki Luer-Lock

1: rozszerzało tunelizacyjne

1: rozszerzało tkankowe 12 Fr

1: rozszerzało tkankowe 14 Fr

1: mankiet uszczelniający

1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek

1: zacisk cewnika

1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm

1: skalpel wysuwany

1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

6) Poz.6 Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 23 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufką, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.

1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr

1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie

1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

1: zespół rozgałęziacza

2: koreczki Luer-Lock

1: rozszerzadło tunelizacyjne

1: rozszerzało tkankowe 12 Fr

1: rozszerzało tkankowe 14 Fr

1: mankiet uszczelniający

1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek

1: zacisk cewnika

1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm

1: skalpel wysuwany

1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo -cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

7) Poz.7 cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 55 cm długość całkowita

Zestaw zawiera:

1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.

1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr

1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie

1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

1: zespół rozgałęziacza

2: koreczki Luer-Lock

1: rozszerzadło tunelizacyjne

1: rozszerzało tkankowe 12 Fr

1: rozszerzało tkankowe 14 Fr

1: mankiet uszczelniający

1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek

1: zacisk cewnika

1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm

1: skalpel wysuwany

1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zamieści modyfikację formularza asortymentowo - cenowego - zał. nr 2 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 wysokiej klasy cewników do hemodializy firmy Arrow/Teleflex o następujących parametrach:

cewnik dializacyjny permanentny do hemodializy wg następującego opisu: Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15FR, końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie, różnica pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym.

Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony - końcówka typu "J" z drugiej prosta

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

- 2 kapturki Luer-Lock
 - 1 rozszerzadło tunelu
 - 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
 - 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
 - 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
 - 1 pojemnik na ostre odpady
 - 1 bezpieczny skalpel: #11
 - Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika
 - 1 kartę identyfikacyjną pacjenta
- Podana długość cewnika jest długością od końca cewnika do mufki: 19,23,27,31,50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ.

3. Ad pkt. 15.4 SIWZ

Prosimy o uściślenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „reklamacja”. Czy chodzi o czas wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, liczony od złożenia przez Zamawiającego reklamacji o takiej treści, czy np. termin rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia o tym Zamawiającego?

Odpowiedź: Pod pojęciem reklamacja Zamawiający rozumie wymianę towaru na wolny od wad zgodnie z punktem § 5 ust. 3 projektu umowy.

4. Ad par. 7 ust. 1 ppkt. 1) i 2) wzoru umowy

Prosimy o ustalenie kar umownych na poziomie 0,2% wartości brutto odpowiednio opóźnionego asortymentu i asortymentu nie wymienionego w terminie; za każdy dzień zwłoki w dostawie / wymianie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ

Treść powyższych odpowiedzi stanowi modyfikację SIWZ nr WSZ-EP-52/2018 i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Naczelną Pielęgniarką
z up. m. Wróbel
mgr Maria Wróbel