

Konin, 9.12.2018 r.

WSZ-EP-56/1498/2018

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-56/2018

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy Pakietu nr 3: Klatki szyjne

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 3 klatki szyjne z materiału PEEK tworząc tym samym dwa odrębne pakiety i jednocześnie dopuści do zaoferowania klatki szyjne z materiału PEEK, o anatomicznym kształcie, wyposażone w dwa kolce tytanowe. Protezy w dwóch wielkościach (standard - 13 mm i mały - 11 mm głębokości), w zakresie wysokości od 4-9 mm, skok co 1 mm. Pakowane osobno sterylne substytut kości w postaci żelu (100% hydroksyapatyt) oraz granulatu (hydroksyapatyt i trójfosforan wapnia), przyspieszający przerost kostny. Klatki szyjne z tytanu komórkowego (cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, porowatości 650-700 µm, przerastające w pełni kością we wszystkich kierunkach bez potrzeby stosowania biomateriałów, w dwóch wielkościach (mała - głębokość 12 mm i duża - 14 mm) w zakresie wysokości 4-10 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kótecka

Sporządziła: Ż. Borowska