

Konin, 30.01.2019r.

**WSZ-EP-67/18/134/2019**

wg rozdzielnika

#### **WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY**

##### **Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 6**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy maksymalnie do 5 dni roboczych albo maksymalnie do 10 dni roboczych w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy 67/2018 – załącznikiem numer 3 do SIWZ WSZ-EP-67/2018.**

##### **Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 1**

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Wykonawca zapłaci kary umowne:

- 1) *za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień zwłoki, (...)*”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**