

Konin, 08.09.2020r.

WSZ-EP-35/1105/2020

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, serwet operacyjnych, masek, czepków chirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-35/2020).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu nr 5, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 typ II?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę 3-warstwową z włókniny polipropylenowej z elastycznymi tasiemkami zamiast gumek? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: maska chirurgiczna niesterylna 3-warstwową pełnobarierową z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- 1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki,

wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry czy uczuleń. Pakowana w kartoniki a' 50 szt., kolor niebieski, wkładka modelująca na nos. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12A

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O;

Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N

- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa

- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 12B

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O;

Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N

- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa

- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.

b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepnią na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

c) serweta dolna min 180 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt.

d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt.

e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt.

f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą lepna w postaci kleju typu hotmelt - 1szt.

g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego - min 150 x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna o szer. 66 cm jako n. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

a) serweta - ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety, posiadająca dodatkową wstawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm gramaturze min 63g/m2 w strefie krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 1 szt.

b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepna na całej długości dłuższego boku, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm gramaturze min 63g/m2 w strefie krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 2 szt.

c) serweta dolna min 200 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o wymiarze 37,5x70cm gramaturze min 63g/m2 w strefie krytycznej, łączna gramatura 125g/m2 - 1 szt.

d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt.

e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt.

f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą lepna w postaci kleju typu hotmelt - 1szt.

g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego - min 150 x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna o szer. 66 cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z dodatkową warstwą chłonna:

- masa powierzchniowa włókniny i folii 62g/m2,

- masa powierzchniowa chłonna 63g/m2,

- łączna masa powierzchniowa 125g/m2,

- barierowość dla wody 457 cm H₂O,

- odporność na wypychanie na sucho/mokro 200/200 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

a) serweta - ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.

b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepna na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

c) serweta dolna min 180 x 170cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt.

d) osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm - 1szt.

e) ściereczki chłonne włókninowe do rąk min 40 x 20 cm - min 2 szt.

f) Taśma lepna o wymiarach 9x50cm, wykonany z włókniny spunlace (poliester, wiskoza) z warstwą lepna w postaci kleju typu hotmelt - 1szt.

g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego - min 150 x 190cm środkowa warstwa absorpcyjna o szer. 66 cm jako n. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 szt. serweta do cesarskiego cięcia z laminatu dwu warstwowego o gramaturze 56g/m² 320x180 cm z otworem 32x35 cm z folią chirurgiczną

1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x190cm

1 szt. kocyk do owinięcia noworodka wykonany z włókniny. Wymiary 80x60cm

1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm

1 szt. osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm

1 szt. organizator przewodów SMS 15x10cm

30 szt. kompresy gazowe 17N 16W z nitką RTG 10x10cm

2 szt. serweta gazowa z nitką RTG i tasiemką 17N 6W 45cmx70cm

2 szt. ręczniki z włókniny o gramaturze 40g/m², wymiary 20x10cm

1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Rękawy zakończone mankietami o długości min. 8cm. W okolicach szyi rzep ułatwiający zapięcie.

1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów.

Parametry fartuchów:

- odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 204 cm H₂O

- wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho/mokro 144/152,5 N w części krytycznej

Parametry serwety do cesarskiego cięcia:

- gramatura 56g/m²

- odporność na przenikanie cieczy 250 cm H₂O

- wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x200 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej.

Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x200 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570% Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 32

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną na krótszym boku o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 90x130 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści serwetę serwetę sterylną 90x150 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na

przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 34

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół okrągłego otworu o średnicy 7cm o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 240x180 z owalnym otworem 15x10cm z folią chirurgiczną o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570 %, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach:

laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pytania dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) oraz 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.