



WSZ-NZ-1/...57...../2015

Konin, dnia 22 STY. 2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę systemu do przedniej i tylnej reparacji przepony moczowo-płciowej oraz jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-1/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy , jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocele. Jest to system jednorazowy składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju .Brzeży taśm i siatki są zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezasłonowe. W części centralnej siatki znajdują się 6 mm otwory , w ilości 16-u .System 3 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł Igiła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm Implantacja następuje z dostępu załonowego oraz przez otwory zasłonięte.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o w/w właściwościach, pod warunkiem że można ten system użyć przy izolowanym uchyłku pęcherza lub uszkodzeniu przepony moczowo - płciowej.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system),*Parametry:*

1. system jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniająca taśma o szerokości 1,3 cm, gramaturze 40g/m2. Wielkość porów 0,5 mm
3. Laserowo zgrzewane brzeży taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy - naprawa rectocele i sklepienia pochwy. Jest to system jednorazowy o uniwersalnym kształcie siatki ,fabrycznie przygotowany wykrój, brzegi taśm i siatki zgrzewane są laserowo

Siatka posiada 2 punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 6-0 mm makrootwory , w ilości 15-u , w części centralnej siatki. Siatka jest polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna.

System posiada również 2 jednorazowe igły, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

DYREKTOR

WSZ w Koninie

Łukasz Dolata