



WSZ-NZ-1/...60...../2015

Konin, dnia 22 STY. 2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę systemu do przedniej i tylnej reparacji przepony moczowo-płciowej oraz jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-1/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

1.Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z:

- siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 0,7 x 0,7 mm , grubości 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m²
- jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2.Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), składający się z:

- siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, wielkości oczek 0,7 x 0,7 mm , grubości 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m²
- jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem


DYREKTOR
WSZ w Koninie
Łukasz Dolata