



WSZ-NZ-10/2015

Konin, dn. ....12. MAR. 2015

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-10/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Dotyczy pakietu numer 10 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu o poniższych parameterach:

Komora kolekcyjna o poj. 1000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzielona podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości , komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka – worek w zestawie o pojemności 1l (zestaw przewidziany na siedem dni), płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O, wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego; automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej , podwójny zawór obarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim.; kontrolka sygnalizująca rozprężenia płuc, posiadający bezigłowy port do pobierania próbek, pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu), wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka, zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych, jednorazowego użytku, sterylne.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Koninie

*Łukasz Dolata*