



WSZ-NZ-10/2015

Konin, dn. ....1.2.MAR. 2015

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-10/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy: Pakiet nr 1, 4, 11

1. Czy zamawiający wydzieli w pakiecie nr 1 pozycję nr 1, 2, 4 w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 oraz 19 dopuści rurki intubacyjne z dodatkowym oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta w rozmiarach zgodnie z SIWZ, a także rozmiar 18 dla dużej ilości wydzieliny, możliwość stosowania przez min. 72 godz., oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca 100% szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, pakowany papier-foolia, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwnych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm., zmienna sztywność cewnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy zamawiający w pakiecie nr 4 wymaga aby wszystkie elementy systemu były nierozłączalne i sterylne gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja nr 5 dopuści sterylne zestawy do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym, w skład zestawu wchodzi pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

6. Czy zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści kołderki dla dorosłych na całe ciało pacjenta o wymiary 152.4cm x 233.7cm, oraz dla dzieci o wymiary 142.2cm x 101.6cm, kołderki bez lateksowe, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Kołderki kompatybilne z urządzeniem Warm Touch przy użyciu adaptera dostarczonego gratis?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

Sporządziła: K. Lewandowska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Łukasz Dolata*