

WSZ-NZ-10/2015

Konin, dn.1.2.MAR. 2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-10/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 3 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o grubości około 60 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 5 przez zapis „z mankietem Soft Seal lub Lo Contour” ma na myśli mankiet z system ograniczania wzrostu ciśnienia pod wpływem gazów anestetycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 1-3 wymaga aby rurki tracheostomijne posiadały samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiającą założenie bądź wymianę rurki po prowadnicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 1-4 wymaga aby rurki tracheostomijne z mankietem posiadały balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiary rurki i średnicy mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 w pozycjach 1-3 wymaga aby zestawy do kaniulacji żył centralnych wyposażone były w system umożliwiający bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji 1 zgodzi się na zaoferowanie zestawów z cewnikiem 7F - 16 i 20 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata