

WSZ-NZ-10/ZO/.....⁹⁷⁷...../2014

Konin, dnia ...2014-12-03

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-NZ-7/ZO/2014 na zakup aparatury chirurgicznej i elektrochirurgicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na zakup sprzętu do monitorowania podstawowych funkcji życiowych oraz defibrylatora z funkcją kardiowersji uprzejmie wyjaśniamy:

załącznik nr 1 Pakiet 1 Endoskopowa diatermia elektrochirurgiczna:

1) ponieważ w endoskopii używa się tylko przewodu (kable) do instrumentów endoskopowych czy zamawiający dopuści diatermię z uniwersalnym gniazdem monopolarnym umożliwiającym podłączenie bezpośrednio przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i trzypinowymi 4mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

2) ponieważ w endoskopii nie używa się funkcji bipolarnych czy zamawiający dopuści gniazdo bipolarne uniwersalne umożliwiające podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi i dwupinowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

3) w nawiązaniu do poprzedniego pytania czy zamawiający dopuści diatermię z mocą wyjściową dla koagulacji bipolarnej 100W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

4) czy zamawiający dopuści diatermię z trzema rodzajami cięcia w tym specjalistyczny program do naprzemiennego cięcia i koagulacji tzw. Endo-cut dla polipektomii i papilotomii?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

5) czy zamawiający dopuści specjalistyczny program naprzemiennego cięcia i koagulacji do polipektomii i papilotomii ze stałym czasem łącznym cięcia i koagulacji natomiast czas (udział) cięcia i koagulacji jest ustalany automatycznie przez program Endo-cut w zależności od właściwości tkanki np. polipa?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

6) czy zamawiający dopuści diatermię z mocą programu endoskopowego do polipektomii i papilotomii 150W z regulacją automatyczną?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

7) czy zamawiający dopuści diatermię bez możliwości integracji z innymi urządzeniami, ponieważ:

- przystawka argonowa może być integralną częścią (modułem) diatermii a zatem nie musi być zewnętrznie powiązana z diatermią;
- pompa perystaltyczna może być oddzielnym niezależnym urządzeniem;
- urządzenie do zabiegów ESD może być również zewnętrznym, niezależnym urządzeniem.

Wymaganie możliwości integracji diatermii ze wszystkimi ww urządzeniami jest jednoznaczne z wymaganiami tylko jednego typu urządzenia oferowanego przez firmę Erbe.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

W załączniku nr 2 do Zapytania nie ma drugiej strony - czy taki jest oryginał dokumentacji czy też nie została zamieszczona treść drugiej strony?

Odpowiedź: W załączniku nr 1 jest 1 strona

Sporządziła: B. Szafrńska

Z poważaniem
DYREKTOR
WSZ w Koninie
Łukasz Dolata