

WSZ-EP-41/1246/2015

Konin, 28.12.2015 r.

### MODYFIKACJA SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę soczewek wewnątrzgąbkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-55/2015**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 55/2015:

#### **I. Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 1 poprzez dodanie wyrazów „jednorazowy lub wielorazowy” oraz następującego zapisu: **\*Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge.**

W związku z powyższym pakiet 1 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

#### **Pakiet 1**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	Soczewka wewnątrzgąbkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa w całości, hydrofobowa, sferyczna lub asferyczna średnia całkowita 12,0- 13,0 mm, średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm, zakres dostępnych mocy +6,0 do +30,0 dioptrii, stopień uwodnienia <1,0 %, współczynnik refrakcji $\geq 1,50$ angulacja hapternów 0° soczewka dwuhapternowa cięcie $\leq 2,6$ System implantacyjnym ( injector <u>jednorazowy lub wielorazowy</u> + cartridż), <b>*Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge.</b>	500

#### **II. Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 2 poprzez dodanie zapisu: **\*Zamawiający dopuszcza aby soczewka posiadała po 2 otwory w każdym hapternie.**

W związku z powyższym pakiet 2 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

#### **Pakiet 2**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	Soczewka wewnątrzgąbkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 12,5 - 13,0 mm Śr części optycznej 5,5 - 6,0 mm zakres dioptrażu od -5,0 do +35,0 angulacja hapternów 0° współczynnik refrakcji min. 1,46	400

<p>zawartości wody 25- 26% Filtry promieniowania UV cięcie <math>\leq 2,6</math> Dwuhaptenowa z otworami w haptkach System implantacyjny (injector + kartridż) <b>*Zamawiający dopuszcza aby soczewka posiadała po 2 otwory w każdym haptencie.</b></p>	
---	--

**III. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 4 poprzez dodanie znaku „ - ” pomiędzy średnicami całkowitymi 12,5 a 13,0 oraz średnicami części optycznej 6,0mm – 6,5mm, dodaje następujące wyrazy „jednorazowy lub wielorazowy” oraz zapis: **\*Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge.**

W związku z powyższym pakiet 4 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 4**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	<p>Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa akrylowa zwijalna , w całości hydrofobowa z asferyczną optyką z jednorazowym kartridżem z filtrami UV i światła niebieskiego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica całkowita 12,0 - 13,0 mm</li> <li>- Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm</li> <li>- zakres dostępnych mocy soczewki od +6 D do +30 D</li> <li>- Angulacja części haptycznej 0°</li> <li>- Stopień uwodnienia poniżej 1,0%</li> <li>- Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej</li> <li>- Cięcie <math>\leq 2,2</math></li> <li>- System implantacyjny (injector <b>jednorazowy lub wielorazowy</b> + cartridż)</li> </ul> <p><b>*Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge.</b></p>	100

**IV. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 5 poprzez dodanie znaku „ - ” pomiędzy średnicami części optycznej 6,0mm – 6,5mm, dodaje następujące wyraz „jednorazowy lub wielorazowy injector”.

W związku z powyższym pakiet 5 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 5**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	<p>Soczewki wewnątrzgałkowe trzyczęściowe zwijalne, hydrofobowe z jednorazowym kartridżem i filtrem UV oraz <b>jednorazowy lub wielorazowy injector</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał akrylowy + hapteny PMMA</li> <li>- Średnica całkowita 13,0 -13,5 mm</li> <li>- Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm</li> <li>- Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej</li> <li>- stopień uwodnienia optyki &lt;1,0%</li> <li>- Zakres dostępnych mocy soczewki od -5 D do 30 D</li> </ul>	30

**V. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 6 poprzez dodanie znaku „ – ” pomiędzy średnicami całkowitymi 12,5 a 13,5 oraz średnicami części optycznej 5,5mm – 6,5mm.

W związku z powyższym pakiet 6 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 6**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa śr. części optycznej 5,5 - 6,5 mm śr. całkowita 12,5 - 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D	150

**VI. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 7 poprzez dodanie znaku „ – ” pomiędzy średnicami części optycznej 5,5mm – 6,0mm.

W związku z powyższym pakiet 7 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 7**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1	Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5 - 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D	25

**VII. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 9 poprzez dodanie znaku „ – ” pomiędzy objętościami 08-1,0ml

W związku z powyższym pakiet 9 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 9**

Okulistyczne preparaty wiskoelastyczne do śródoperacyjnego stosowania wewnątrzgałkowego		
Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	Wiskoelastyk zawierający 1,0- 1,4% hialuronianu sodu oraz 0,5-0,7% wysoko oczyszczonej hydropropylometylocelulozy pochodzenia z biofermentacji o objętości 0,8 - 1,0 ml	100

**VIII. - Załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015.**

**Zamawiający modyfikuje opis w pakiecie numer 13 poprzez dodanie zapisu: \*Zamawiający dopuszcza 5 szt. strzykawkę 3 ml trzyczęściowych.**

W związku z powyższym pakiet 13 po dokonaniu modyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

**Pakiet 13**

Lp.	Opis produktu	Ilość sztuk
1.	<p>Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o poniższym składzie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaniula do hydrodysekcji 25G szt. 2</li> <li>2. Kaniula do wiskoelastyków 27G szt. 4</li> <li>3. Cystotom 27G szt. 1</li> <li>4. Nóż typu SIDEPORT DB 1,2 mm zagięty szt. 1</li> <li>5. Nóż typu SIDEPORT DB 1,0 mm zagięty szt. 1</li> <li>6. Nóż typu SLIT DB 2,6 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1</li> <li>7. Nóż typu SLIT DB 2,2 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1</li> <li>8. Obłożenie na stół (nieprzemakalna serweta pod narzędzia chirurgiczne 140x 140) szt. 1</li> <li>9. Serweta nieprzemakalna z folią chirurgiczną do zabiegów okulistycznych wyposażona w torbę do przechwytywania płynów 140x 160 szt. 1</li> <li>10. Mikro Tip KELMAN ABS 0,9 mm 30°</li> <li>11. Zestaw osłonek na Tip szt. 2, komora testowa, kluczyk do mocowania Tipu</li> <li>12. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny (rozmiar L) szt. 1 z ręcznikiem</li> <li>13. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny (rozmiar L) z ręcznikiem (pakiet wierzchni) szt. 1</li> <li>14. Kasetka płynowa do aparatu INFINITI szt. 1</li> <li>15. Gaziki 8-warstwowe włókninowe 10x 10 szt. 10</li> <li>16. Gaziki 8-warstwowe włókninowe 5x 5 szt. 10</li> <li>17. Gaziki 8-warstwowe włókninowe 8x 8 szt. 10</li> <li>18. Strzykawka 2 ml, LL (trzyczęściowa) szt. 3</li> <li>19. Strzykawka 2 ml, LL (trzyczęściowa) szt. 2</li> </ol> <p>*Zamawiający dopuszcza 5 szt. strzykawkę 3 ml trzyczęściowych.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Strzykawka 5 ml, LL szt. 1</li> <li>21. Pojemnik 60 ml szt. 1</li> <li>22. Mikrogąbki</li> </ol>	900

W pozostałym zakresie załącznik nr 8 do SIWZ 55/2015. bez zmian.

**IX. Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 ust. 7 projektu umowy poprzez:**

- dodanie następującej treści:

*„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności między zamówieniem a ilością dostarczonego towaru, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w trakcie dokonywania odbioru towaru, w przypadku przyjęcia towaru przez Zamawiającego Strony uznają, że towar został dostarczony, pod względem ilościowym, w prawidłowy sposób. Zamawiający może zgłaszać wady jakościowe towaru do chwili jego użycia w udzielanym świadczeniu zdrowotnym. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienia go na wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych*

**od złożenia reklamacji.”. Postanowienie precyzuje, że wady ilościowe mogą być zgłaszane wyłącznie w trakcie odbioru towaru.**

W pozostałym zakresie §5 projektu umowy bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-55/2015, w których uwzględnia m.in. powyższe zmiany i udostępnia na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) nowe załączniki do SIWZ 55/2015

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Łukasz Dolata*