

WSZ-NZ-2/...../2015

Konin, dn. 20 STY. 2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-2/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy Pakietu 16 - drenaż komorowy

Czy zamawiający dopuści:

ZESTAW DO DRENAŻU KOMOROWEGO - radiokontrastujący, wykonany z silikonu dren dokomorowy o długości 35 cm (1,5 mm -- średnica wewnętrzna, 3,1 mm -- średnica zewnętrzna); wykonany ze stali nierdzewnej przewodnik o długości 36 cm służący do wprowadzania drenu dokomorowego;

. wykonany ze stali nierdzewnej troakar służący do przeprowadzania drenu pod skórą;

. złącze damskie typu LUER-LOK oraz zatyczka złącza LUER-LOK służące do podłączenia dystalnego końca drenu;

. tablica pomiarowa służąca do regulacji ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) z przeliczoną podziałką w mmHg oraz międzynarodowymi instrukcjami;

. komora kroplowa o objętości 100 ml, wyposażona w zastawkę jednokierunkową oraz jałowy zawór atmosferyczny;

. dren do pacjenta o długości 157 cm wyposażony w dwa zaciski;

. dwa czwódrożne zawory, każdy wyposażony w żeńskie złącze typu LUER-LOK służące do pomiarów;

. dwa wykonane z lateksu wejścia do wstrzyknień/pobrań;

. jałowy, wyposażony w zawór powietrzny worek, o objętości 700 ml, z podziałką wyskalowaną co 50 ml, wykonany z tworzywa winylowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu 17 - drenaż łądźwiowy

Czy zamawiający dopuszcza:

- radiokontrastujący wykonany z silikonu dren łądźwiowy o długości 80 cm

- pokryty teflonem przewodnik drenu łądźwiowego z regulowanym stoperem

- igła tui z podziałką centymetrową

- złącze damskie typu LUER-LOCK oraz zatyczka typu LUER-LOCK

- komora kroplowa o objętości 100 ml wyposażona w zastawkę jednokierunkową oraz jałowy zawór atmosferyczny

- jałowy wyposażony w zawór powietrzny worek o objętości 700 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy pakietu nr 22 i 23

Czy zamawiający dopuści:

-Waciki wykonane ze sprasowanego, sztucznego jedwabiu zapewniającego naturalną miękkość, plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego.

- Waciki posiadają znacznik RTG przeszyty przez całą długość oraz nitkę.

-Chłonność: 5-cio krotność swojej masy w czasie krótszym niż jedna sekunda.

- Odporność na strzępienie i rozciąganie zarówno w stanie wilgotnym jak i suchym dzięki specjalnemu systemowi utkania włókien.



-W każdej STERYLNEJ saszetce znajduje się 10 wacików danego rozmiaru oraz karta weryfikacji, dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. W jednym opakowaniu znajduje się 20 saszetek (200 szt. wacików). Rozmiary:

7X38MM ,7X76MM ,7X7MM ,13X13MM,19X19MM,13X25MM ,25X25MM,13X38MM,13X51MM,
13X76MM ,25X76MM,76X76MM , 3X152MM,7X152MM,13X152MM,19X152MM,25X152MM ,
38X152MM,51X152MM,76X152MM,89X152MM.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
WSZ w Koninie

Łukasz Dolata