

Konin, 21.06.2017 r.

WSZ-EP-23/433/2017

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-23/2017

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dot. Pakietu nr 1.II. Mieszalniki próżniowe do cementu.

Czy Zamawiający opisując cechy mieszalnika do cementu pod pojęciem "wskaźnik próżni" rozumie dedykowane urządzenie służące tylko i wyłącznie wskazaniu użytkownikowi mieszalnika, że w systemie została wytworzona próżnia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż opisując cechy mieszalnika do cementu pod pojęciem "wskaźnik próżni" rozumie dedykowane urządzenie służące tylko i wyłącznie wskazaniu użytkownikowi mieszalnika, że w systemie została wytworzona próżnia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska