

WSZ-EP-23/735/2017

Konin, 21.06.2017...r.

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-23/2017

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 podpunkt nr 22 dotyczącym śruby tytanowej, blokowanej trzypunktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny 3,5x60mm nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu zakresu długości śrub i Zamawiający miał na myśli śruby o średnicy 3,5 mm i długości L 16x60 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w opisie nastąpiła omyłka pisarska, winno być śruby o średnicy 3,5 mm i długości L 16x60 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ w zakresie pakietu 3 poz. 22, a modyfikację zapisów SIWZ zamieści na swojej stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska