

WSZ-EP-21/ZO/ 987 /2017

Konin, 04 sierpnia 2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-21/ZO/2017 na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymaniu moczu dla potrzeb WSZ w Koninie.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymaniu moczu dla potrzeb WSZ w Koninie uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?


System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na

ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym .

Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka