

WSZ-EP-37/.....⁹⁴⁰...../2017

Konin, 27.07.2017r.

MODYFIKACJA SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro
na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.**

NR SPRAWY: WSZ-EP-37/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 37/2017:

I. Załącznik numer 2 do SIWZ 27/2017 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

➤ Zamawiający modyfikuje pakiet nr 1 w zakresie pozycji nr 3,5,7 dodając następujące zapisy:

Lp.	Rodzaj	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy lub nazwa handlowa
1.	Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 - 9,0 - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - < lub = 1,0 - pakowane parami - mankiety rękawiczki rolowane, albo proste wywinęte w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 20 µg/g - grubość 0,22 - 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 285 mm - oznakowanie CE	73 000 par					

	- przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07						
2.	<p>Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 - 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL < lub = 1,0 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość min. 0,32 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm - odporne na przekucia i rozdarcia - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 	5 000 par					
3.	<p>Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od</p>	300 par					

	<p>nr 6,0- 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - AQL < lub = 1,5 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 20 µg/g - grubość 0,16 – 0,19 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 285 mm 0 (* Uwaga! Zamawiający dopuszcza również długość min 280 mm) - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 					
4.	<p>Rękawiczki chirurgiczne dla ginekologii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od 6,5 do 8,5 lub S, M, L</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - AQL < lub = 1,5 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń 	50 par				

	<ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka pokryta polimerem lub bezpudrowa bez powłoki polimerowej albo mikroteksturowane bez powłoki polimerowej - niska zawartość protein, poniżej 25 µg/g - grubość 0,24 – 0,35 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość rękawiczki powyżej 450 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 - 07 						
5.	<p>Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0-9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa lub polimerowe obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy 	50 par					

	<ul style="list-style-type: none"> - grubość 0,18 – 0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 – 07 <p><u>*Uwaga! Zamawiający dopuszcza również rękawice neoprenowe. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.</u></p>						
6.	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 – 1,2,3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL dla szczelności < lub = 1,5 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,19 – 0,27 mm na środkowym palcu - długość min 295 mm - oznakowanie CE - przebadane na odporność na przenikanie 	1 100 par					

	cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978						
7.	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, jałowe, system podwójny do procedur wysokiego ryzyka w rozmiarze od nr 6,0 - 9,0</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodne z normą EN 455 - 1,2,3 - AQL - 1,0 - pakowane po 2 pary w jednej kopercie. - mankiet rękawiczki rolowany, albo prosty wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - rękawiczka wewnętrzna w intensywnie zieloną, zewnętrzna w kolorze kremowym albo jasnobrazowym - pakowane dwie pary w jedną kopertę - grubość 0,20 - 0,23 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - grubość 0,40 - 0,46 mm na środkowym palcu, system podwójny - długość min 280 mm - oznakowanie CE 	1000 kompletów					
		RAZEM					

- Zamawiający modyfikuje pakiet nr 2 w zakresie pozycji 1,2,3,4 dodając następujące zapisy:

Lp.	Rodzaj	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy lub nazwa handlowa
1.	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - 1,2,3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - < lub = 1,5 - grubość na palcu 0,12 - 0,14 mm, na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - pakowane po 100 lub 200 sztuk <u>Uwaga! Zamawiający dopuszcza również rękawice w rozmiarach S,M,L,XL pakowane po 100 szt. oraz 90 szt. dla rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ.</u> - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa, wewnętrzna pokryta polimerem lub powierzchnia teksturowana na całej powierzchni dłoni oraz	8 000 opakowań <u>po 100 sztuk/</u> 4 000 <u>opakowań</u> <u>po 200 sztuk</u>					

	<p>palców, informacja na opakowaniu</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE 					
2.	<p>Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrilu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - < lub = 1,5 - grubość na palcu 0,08 - 0,12 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - pakowane po 100 lub 200 sztuk <p><u>Uwaga! Zamawiający dopuszcza również rękawice w rozmiarach S,M,L,XL pakowane po 100 szt. oraz 90 szt. dla rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE 	<p>30 000 opakowań po 100 sztuk/ 15 000 opakowań po 200 sztuk</p>				
3.	Rękawice	50				

<p>diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem w rozmiarach S,M,L,XL (do cytostatyków)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 - 07 - przebadanie na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - przebadanie na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 - 3 - zgodnie z normą EN - 455 - grubość 0,14 - 0,18 na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 290 mm - pakowane po 100 sztuk <p><u>Uwaga! Zamawiający dopuszcza również rękawice w rozmiarach S,M,L,XL pakowane po 100 szt. oraz 90 szt. dla rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AQL < lub = 1,5 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE 	<p>opakowań</p>					
---	-----------------	--	--	--	--	--

4.	<p>Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem w rozmiarach S,M,L,XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - < lub = 1,5 - grubość na palcu min.0,19 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm <p><u>Uwaga! Zamawiający dopuszcza również długość min. 290mm ± 10 mm.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pakowane po 100 sztuk - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE - kolor intensywny, jaskrawy <u>*Uwaga! Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.</u> 	1 000 opakowań					
			Razem				

Zamawiający modyfikuje **pakiet nr 3** w zakresie pozycji 1 dodając następujący zapis:

Lp.	Rodzaj	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy lub nazwa handlowa
1.	<p>Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrilu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - < lub = 1,5 - grubość na palcu min 0,1 ± 0,01 mm, na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - pakowane po 200 sztuk <p><u>Uwaga! Zamawiający dopuszcza również rękawice w rozmiarach S,M,L,XL pakowane po 100 szt. oraz 90 szt. dla rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - wewnętrzna powierzchnia pokryta warstwą łagodząco - nawilżającą i posiadającą właściwości przeciwdrobnoustrojowe, bakteriostatyczne - pasujące na obie dłonie - oznakowanie CE 	2 300 opakowań					

II. Zmiany następują również w:

➤ **10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

10.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-37/2017. Nie otwierać przed r, godz. 11:00”.

➤ **13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

13.1 Termin składania ofert: nie później niż **do dnia r. do godz. 10.00** Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o **godz. 11.00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)**

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kotecka
Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka