

WSZ-EP-31/...875.../2017

Konin, ...1.7 LIP. 2017...

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę staplerów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztaplera okrężnego w rozmiarze 32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztaplera okrężnego w rozmiarze 26mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania staplerów z uchylnym kowadełkiem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu o przekroju okrągłym. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztaplera w rozmiarze 25-26mm, 28-29mm, 31-32mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
D. Dop
Dorota Kotłocka

Sporządziła: R. Janik