

WSZ-EP-37/939/2017

Konin, 27.07.2017

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ; (nr sprawy: WSZ-EP-37/2017).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL \leq 1.0 . Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein $< 10 \mu\text{g/g}$ potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic o grubości na palcu min. $0,22 \pm 0,01$ mm, opakowanie foliowe podciśnieniowe, składane, hermetyczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciugrzybicznym, silikonowane. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, hermetyczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o długości min. 280 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pakiet 1, poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w komplecie dwóch par pakowanych osobno.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do systemu podwójnego zakładania posiadających powierzchnię mikroteksturowaną na całej powierzchni. Długość rękawic min. 300 ± 10 mm, o grubości na palcu min. 0,18 mm, na dłoni min. 0,15 mm, na mankiecie min. 0,13 mm. Poziom protein < 50 µg/g, AQL ≤ 1,5. Opakowanie hermetyczne, foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych w systemie podwójnego zakładania o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej na całej powierzchni zapewniającej dobrą chwytność oraz wewnętrznej warstwie polimerowej o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie. Długość rękawic zewnętrznej min. 260 – 285 mm, spodniej min. 270 – 285 mm - w zależności od rozmiaru. Komplet dwóch par pakowanych osobno w hermetyczne, foliowe opakowania. Poziom protein < 15 µg/g. AQL ≤ 1,0.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pakiet 2, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pakiet 2, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem ilości i wyceną produktu, zgodną z podanym zapotrzebowaniem na produkt w SIWZ. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka koloru białego o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, długość min. 265 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Siła zrywania min. 6 N. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku oznakowanych jako wyrób medyczny oraz spełniających wymagania norm dla środka ochrony osobistej kat. III.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice winny posiadać wewnętrzną powłokę nawilżająco-natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka