

WSZ-EP-31/.....876...../2017


Konin,17 LIP...... 2017

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę staplerów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 31/2017:

I. Załącznik numer 2 do SIWZ 31/2017 – Formularz asortymentowo - cenowy dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 8, 11 i 12:



✓ Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 - 8 wprowadził zmiany:

Pakiet 1 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019								
Staplery liniowe jednorazowe oraz ładunki do tych staplerów, gdzie nóż jest integralną częścią ładunku								
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent /Wielkość opakowania
1	<p>Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron</p> <p>Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 61mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki, stapler dostępny także w wersji poprzecznie tynącej, posiadający dwie dźwignie pozycjonującą bransze staplera i aktywującą nóż oraz zszywki, automatyczny lub ręczny ogranicznik tkanki, długość linii zespolenia 50mm, tytanowe zszywki o przekroju okrągłym.</p>	55-60mm/3,8mm	150					
2	<p>ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż</p> <p>Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera.</p>	55-60mm/3,8mm	36					

3	<p>Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron</p> <p>Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 81mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki.</p>	75-80mm/3,8mm	50					
4	<p>Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż</p> <p>Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera.</p>	75-80mm/3,8mm	24					
5	<p>Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron</p> <p>Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 81mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki.</p>	75-80mm/ 4,5 mm – 4,8mm	20					

6	Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera.	75-80mm/ 4,5 mm – 4,8mm	24					
7	Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespoleń 61mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki.	55-60mm/ 4,5 mm – 4,8mm	60					
8	Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera.	55-60mm/ 4,5 mm – 4,8mm	24					
				Razem:				

✓ Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 - 4 wprowadził zmiany:

Pakiet 2 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019								
Staplery liniowe bez noża lub ładunki do stalowych rękojeści integralne z rękojeściami posiadanymi przez szpital.Nr rękojeści TA 90, MJ 6322, TA 55L, 6122M								
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent /Wielkość opakowania
1	Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm.	55-60mm/3,5mm	180					
2	Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm.	55-60mm/4,8mm	132					
3	Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler	90mm/3,5mm	144					

	liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm.							
4	Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm.	90mm/4,8mm	72					
Razem:								

✓ Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 i 3 wprowadził zmiany:

Pakiet 3* umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019

Staplery jednorazowe okrężne proste lub ładunki do stalowych rękojeści integralne z rękojeściami posiadanymi przez szpital EEA 4, MIO 523

Lp.	Nazwa	Rozmiar	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego	31mm – 32 mm	12					
2	Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego	28mm-29mm	36					
3	Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego	25mm – 26 mm	12					
Razem:								

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupowania pojedynczych ilości sztuk

✓ Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 wprowadził zmianę:

Pakiet 4 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019								
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również stapler o wysokości otwartej zszywki 3,8mm.	45mm/3,5mm	24					
Razem:								

✓ Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 3, 6 i 7 wprowadził zmiany:

Pakiet 8 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019								
Jednorazowy stapler okrężny z odłączaną główką								
Lp.	Nazwa		Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek.		4					
2	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 25 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek.		4					

3	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm). Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. Zamawiający dopuszcza również stapler okrężny zakrzywiony, posiadający klasyczną-splaszczoną główkę.	4					
4	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 28 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek	6					
5	Jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 28 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek	6					
6	Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 32 mm – 33 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek.	6					
7	Jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 32 mm – 33 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek.	6					
Razem:							

✓ Zamawiający z pakietu nr 11 wydziela poz. 1 do odrębnego pakietu nr 11A:

W związku z powyższym pakiet 11, 11A otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet 11 umowa od dnia zawarcia do 28.05.2018							
Lp.	Nazwa	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Klipsy polimerowe duże kompatybilne z dostępną klipsownicą Klipsownica ClickaV XL Endo / 0301 – 04XLE	300					-
2	Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10mm oraz dopuszczalne do zaferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10mm. oraz dopuszczalne silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11mm.	600					
3	Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5mm oraz dopuszczalna do zaferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5mm. oraz dopuszczalna silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarami + zaślepki/ zastawki 5/5,5mm	900					
			Razem:				

Pakiet 11A umowa od dnia zawarcia do 28.05.2018							
Lp.	Nazwa	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Klipsy polimerowe duże kompatybilne z dostępną klipsownicą Klipsownica ClickaV XL Endo / 0301 – 04XLE	300					
			Razem:				

✓ Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 1 i 2 wprowadził zmiany:

Pakiet 12 umowa od dnia zawarcia do 28.05.2018							
Lp.	Nazwa	Ilość szt	Cena netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania
1	Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. Rękojeść wyposażona w system zatraskowy oraz dopuszczalne jednorazowe narzędzie typu "grasper", o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu 31cm albo 35cm, z możliwością rotacji o 360°, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu).	24					
2	<p>Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym.</p> <p>oraz dopuszczalne wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml albo worek o wymiarach 9,4x19cm i pojemności ok. 224ml.</p> <p>Zamawiający dopuszcza również wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o</p>	140					

	<p>średnicy 10 mm i długości trzonu 29,5 cm, z metalową obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach i pojemność: wym.: 6,5 cm x 15,00cm pojemność 220 ml.</p> <p>Zamawiający dopuszcza również laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze: 10 mm x 90 mm x 145 mm - 250ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt.</p>							
3	Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą	500						
Razem:								

W pozostałym zakresie Zał. nr 2 do SIWZ 31/2017 – Formularza asortymentowo – cenowego bez zmian.

II. Zmiany następują w pkt 8.7 podpunkt „2” SIWZ, w którym Zamawiający dodaje pakiet 11A oraz dopuszcza również dostarczenie niesterylnych próbek produktów, w związku z tym w/w podpunkt otrzymuje następujące brzmienie:

8.7. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów:

2) próbki oferowanego asortymentu dla następujących pakietów:

Nr pakietu	Nr pozycji	Ilość szt.
Pakiet nr 1	poz. 1	1 szt.
	poz. 3	1 szt.
Pakiet nr 2	poz. 1	1 szt.
	poz. 3	1 szt.
Pakiet nr 3	poz. 2	1 szt.
Pakiet nr 4	poz. 1	1 szt.
Pakiet nr 5	poz. 1	1 szt.
Pakiet nr 6	poz. 2	1 szt.
Pakiet nr 8	poz. 4	1 szt.
Pakiet nr 9	poz. 1	1 szt.
Pakiet nr 11	poz. 1	1 szt.
	poz. 2	1 szt.
	poz. 3	1 szt.
Pakiet nr 11A	poz. 1	1 szt.
Pakiet nr 12	poz. 1	1 szt.
	poz. 2	1 szt.
	poz. 3	1 szt.

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu, nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

Zamawiający dopuszcza również dostarczenie niesterylnych próbek produktów.

W pozostałym zakresie pkt 8.7 SIWZ bez zmian.

III. Zmiany następują w pkt 10.7 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

10.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę staplerów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
nr sprawy: WSZ-EP-31/2017. Nie otwierać przed24 LIP. 2017..... r, godz. 11:00”.

IV. Zmiany następują również w pkt 13.1 i 13.2 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia24 LIP. 2017..... r. do godz. 10.00 Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu24 LIP. 2017..... r. o godz. 11.00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)

V. Zamawiający dodaje zapis w § 5 ust. 1 projektu umowy „(...) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”, w związku z powyższym § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5


WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i ryzyko, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałym zakresie Projektu umowy bez zmian.

VI. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników do SIWZ nr WSZ-EP-31/2017, w których uwzględni powyższe zmiany i udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka