

Konin, 1.09.2017 r.

WSZ-EP-46/1120 /2017

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup łóżek i wyposażenia oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-46/2017

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1 – łóżko szpitalne dla dorosłych – 15 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, łatwo odemowane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odemowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża wraz z dodatkowym protektorem umiejscowionym na wysokości łydek, z możliwością demontażu, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2 – łóżko szpitalne dla dzieci – 12 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leża?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Pakiet 3 – łóżko sterowane elektrycznie – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców 0-78°?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34°?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity element, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej

ręki, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości i w każdej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 – łóżko niemowlęce – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko składające się z leża podpartego w 8 punktach, szczytów, poręczy bocznych i 4 kół w podstawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 670 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1370 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości całkowitej 1550 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 740 do 1060 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1100 x 550 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne które po opuszczeniu zapewniają dostęp do leżącego pacjenta z boków łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 820 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1670 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1400 x 700 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji podstawy niewymagającej zastosowanie tworzywowej osłony podwozia, wyposażona w kosz na rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 14 – Wózek do transportu pacjentów otyłych – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 610 do 990 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej wraz z poręczami bocznymi 870 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 510 do 890 mm?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych obsługiwanych pedałem nożnym umiejscowionym w podwoziu od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Kierownik
Działu Zaopatrzenia i Nadzoru
nad Aparaturą i Sprzętem

Michał Błaszczak

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska