

Konin, 11.08.2017r.

WSZ-EP-39/1039/2017

### MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie; (nr sprawy: WSZ-EP-39/2017).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 39/2017:

I. Załącznik numer 2 do SIWZ 39/2017 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

➤ Zamawiający modyfikuje pakiet nr 8 dodając następujące zapisy:

**Pakiet 8**

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto za zestaw w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Producent/nazwa handlowa/kod produktu
<b>Zestaw do wertebroplastyki</b>						
<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>trokar do nakłucia trzonu z dwoma różnymi ostrzami: skośnym i centralnym w celu odpowiedniego – indywidualnego zaopatrzenia każdego pacjenta.</li> <li>igły do podawania masy cementu kostnego min. 3 różne średnice i 2 długości umożliwiające jak najszerszy dobór do różnych warunków śródoperacyjnych</li> <li>igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu powinna znajdować się w zestawie</li> <li>cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – minimum 20 g o czasie wiązania powyżej 15 min.</li> <li>w skład kompletu winny wchodzić system automatycznego elektrycznego mieszania</li> </ul>	25 zestawów					

<p>cementu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• system podłączenia pojemnika z cementem do igły wraz z podajnikiem</li> <li>• 2 zestawy w składzie konsygnacyjnym</li> <li>• Czas uzupełnienia 48 godzin</li> </ul> <p><b>*UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza również zestaw do wertebroplastyki składający się z niskotemperaturowego cementu kostnego PMMA o podwyższonej lepkości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 40 st.C). Zestaw dostarczany jako sterylny, gotowy do użycia, składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę, narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podania materiału do trzonu kręgosłupa oraz giętki przewód podawczy. Cement radiowizyjny, składający się z proszku (25,8g) i środka cieniującego w postaci dwutlenku cyrkonu (45%), o optymalnych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość na ścisk: około 80MPa, Moduł Younga około 3200 MPa) i wydłużonym czasie podania: około 20 minut. Igły podawcze w różnych średnicach i długościach do wyboru przez operatora.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

➤ **Zamawiający modyfikuje pakiet nr 11 dodając następujące zapisy:**

**Pakiet 11**

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto za sztukę w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Producent/nazwa handlowa/kod produktu
<b>Implanty służące do mocowania płatów kostnych</b>						

<p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzęt do montowania implantów, min 3 zestawy</li> <li>• zestaw powinien zawierać implanty do mocowania kości czaszki</li> <li>• implanty dostarczane sterylne</li> <li>• implanty w kilku rozmiarach umożliwiające dostosowanie do danych warunków anatomicznych</li> <li>• materiał - tytan</li> <li>• niskoprofilowość</li> <li>• instrumentarium umożliwiające założenie implantu dostarczane w opakowaniu umożliwiającym jego przechowywanie i sterylizację</li> </ul> <p><b>*UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza również zaciski ze stopu tytanu do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii, na ryflowanym trzpieniu o rozmiarze 11mm, 16mm lub 20mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora). Zaciski tylko z ząbkami, pakowane sterylne, pojedynczo, zakładane za pomocą w pełni automatycznego, dynamometrycznego aplikatora. Zacisk 16mm i 20mm z otworami na drenaż.</p>	300 sztuk					
--	-----------	--	--	--	--	--

**Zamawiający modyfikuje pakiet nr 14 dodając następujący zapis:**

**Pakiet 14**

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto za zestaw w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Producent/nazwa handlowa/kod produktu
<b>Drenaż zewnętrzny komorowy</b>						
<p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- linia pacjenta 150cm</li> <li>- wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy</li> <li>- skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia</li> <li>- worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki)</li> </ul>	20 zestawów					

<p>wymienne) o pojemności 500ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer</li> <li>- 2 przewodniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm.</li> </ul> <p>*UWAGA! Zamawiający dopuszcza również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>drenaż zewnętrzny komorowy</b> z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml i drenem komorowym o długości 30cm.</li> <li>- <b>drenaż komorowy o poniższych parametrach:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- linia pacjenta nie mniej niż 150 cm</li> <li>- odpowietrznik hydrofobowy</li> <li>- dwa wolne od lateksu punkty iniekcji</li> <li>- komora ściekowa 50 ml z podziałką</li> <li>- wymienna torebka drenażowa 700 ml</li> <li>- dren komorowy impregnowany barem 35 cm, z trokarem, łącznikiem Luer i przewodnikiem drenu w zestawie.</li> </ul> </li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--

**Zamawiający modyfikuje pakiet nr 15 dodając następujący zapis:**

**Pakiet 15**

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto za sztukę w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Producent/nazwa handlowa/kod produktu
<b>Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego</b>						
<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- linia pacjenta 150cm</li> <li>- wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy</li> <li>- skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia</li> <li>- worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml</li> <li>- dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą</li> </ul>	2 sztuki					

<p>Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer</p> <p><b>*UWAGA!</b> Zamawiający dopuszcza również:</p> <p><b>- zestaw do drenażu zewnętrznego</b> lędźwiowego z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml.</p> <p><b>- zestaw drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm</li> <li>• Igła Tuohy o rozmiarze 14G</li> <li>• Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem</li> <li>• Występy mocujące (2 sztuki)</li> <li>• Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem</li> <li>• Tępo zakończona igła</li> <li>• Torebka drenażowa EDM 700 ml</li> <li>• Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)</li> <li>• Komora kropelkowa 120 ml z podziałką</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--

**Zamawiający modyfikuje pakiet nr 19 dodając następujący zapis:**

**Pakiet 19**

Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto za zestaw w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu
<b>Watki neurochirurgiczne</b>						
Wymagania: <b>15x15mm</b> – 60 zestawów po 10 sztuk albo <b>12x12 mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk <b>20x20mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk albo <b>20 x40 mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk <b>25x25mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk <b>25x75mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk <b>20x50mm</b> - 60 zestawów po 10 sztuk albo <b>20 x40 mm</b> - 60 zestawów	300 zestawów					

po 10 sztuk						
-------------	--	--	--	--	--	--

**II. Zmiany następują również w:**

➤ **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

10.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-39/2017. Nie otwierać przed 18.08.2017 r, godz. 11:00”.**

➤ **13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**13.1** Termin składania ofert: nie później niż **do dnia 18.08.2017 r. do godz. 10.00** Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**

**13.2** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **18.08.2017 r. o godz. 11.00** w **świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)**

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

*Z-ca Dyrektora*  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: S. Skrycka