

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie; (nr sprawy: WSZ-EP-39/2017).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1, zadanie 12

Czy Zamawiający wymaga zastawki Pudenz zintegrowanej z urządzeniem antysyfonowym tj. zastawka wraz z antysyfonem tworzą jedną całość - bez konieczności łączenia obu elementów za pomocą łączników, drenów (minimalizacja ryzyka rozłączenia obu elementów po implantacji)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, zadanie 12

Czy Zamawiający wymaga zastawki z wbudowanym antysyfonem o wymiarach nie większych niż 43mm długość oraz 8mm wysokości nad otwór trepanacyjny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, zadanie 13

Czy Zamawiający wymaga możliwości wyboru zastawki niskoprofilowej spośród 2 rozmiarów – dla dorosłych o wymiarze 40mm długości i 8 mm wysokości oraz dzieci/niskich dorosłych o wymiarze 36mm długości i 6 mm wysokości

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, zadanie 14

Prosimy o dopuszczenie drenu komorowego o poniższych parametrach:

- linia pacjenta nie mniej niż 150 cm
- odpowietrznik hydrofobowy
- dwa wolne od lateksu punkty iniekcji
- komora ściekowa 50 ml z podziałką
- wymienna torebka drenażowa 700 ml
- dren komorowy impregnowany barem 35 cm, z trokarem, łącznikiem Luer i przewodnikiem drenu w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 5, zadanie 15

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14G
- Przewodnik drenu z regulowanym ogranicznikiem
- Występy mocujące (2 sztuki)

- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Tępo zakończona igła
- Torebka drenażowa EDM 700 ml
- Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)
- Komora kropelkowa 120 ml z podziałką

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 6, pakiet 15

Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14
- Tępo zakończona igła
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji.
- Torebka drenażowa EDM 700 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kotecka