

WSZ-EP-39/<sup>1037</sup>...../2017

Konin, 11.08.2017r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie; (nr sprawy: WSZ-EP-39/2017).**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pakiet nr 8: Zestaw do wertebroplastyki:**

Czy Zamawiający, w pakiecie nr 8, dopuści do zaoferowania zestaw do wertebroplastyki składający się z niskotemperaturowego cementu kostnego PMMA o podwyższonej lepkości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 40 st.C). Zestaw dostarczany jako sterylny, gotowy do użycia, składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę, narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podania materiału do trzonu kręgosłupa oraz giętki przewód podawczy. Cement radiowizyjny, składający się z proszku (25,8g) i środka cieniującego w postaci dwutlenku cyrkonu (45%), o optymalnych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość na ścisk: około 80MPa, Moduł Younga około 3200 MPa) i wydłużonym czasie podania: około 20 minut. Igły podawcze w różnych średnicach i długościach do wyboru przez operatora.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. W związku z tym umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka