

WSZ-EP-50/1276/2017

Konin, 3.10.2017 r.

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-50/2017

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. poz. 1: Czy Zamawiający dopuści test o specyficzności dla Adenowirusa 98,5%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści test o czułości 94,1% i specyficzności 100 w porównaniu z szybkim testem ureazowym i testem oddechowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. poz. 3: Czy Zamawiający dopuści test o czułości >99% i specyficzności >99% w porównaniu z testem immunochromatograficznym C. DIFF QUIK CHEK Complete® firmy TechLab?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 3 października 2017 roku Zamawiający wymaga, by zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, czułość i swoistość testu była wyznaczona względem metody referencyjnej.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska

Pipoty
3.10.17

1