

WSZ-EP-50/1277 /2017

Konin, 05.10.2017 r.

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-50/2017**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Dotyczy pakietu 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłoża w probówkach zawierających 2,5 ml i zaoferowanie łącznie 640 takich probówek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 19 krwi baraniej odwłóknionej z terminem ważności min. 2 tygodnie od daty dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

**Dotyczy pakietu 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża do identyfikacji z dodatkiem krwi końskiej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga podłoża do izolacji *Gardnerilla vaginalis* z dodatkiem krwi ludzkiej. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ w tym zakresie a modyfikację SIWZ udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 9 i 10 podłoża na płytkach odciskowych, gdzie nadruk umieszczony jest na górnej części płytki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

5. Czy Zamawiający odstąpi od możliwości przechowywania podłoża Columbia agar +5% krew barania/ Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym w temp. pokojowej (do 25° C) do 4 tyg. bez wpływu na jego jakość? Standardowo gotowe płytki z podłożem należy przechowywać w temp. 2 – 12°C do upływu terminu ważności. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Dodanie takiego wymogu ogranicza konkurencyjność i liczbę ofert, a także może sugerować konkretnego Wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD w Warszawie potwierdzającej wysoką jakość i uzyskiwanie wiarygodnych wyników przy zastosowaniu oferowanych produktów? Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Dodanie takiego wymogu ogranicza konkurencyjność i liczbę ofert, a także może sugerować konkretnego Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża z terminem ważności min. 3 tygodnie od daty dostawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża z terminem ważności min. 6 tygodni od daty dostawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy pakietu 6**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zaoferowania podłoża chromogennego, różnicującego służącego do izolacji i wstępnej identyfikacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych w tym do oznaczania liczby głównych patogenów odpowiedzialnych za infekcje układu moczowo-płciowego takich jak *E.coli*, *Enterobacter-Klebsiella-Serratia (KES)*, *Proteus-Morganella-Providencia*, enterococci, staphylococci i drożdży oraz do wstępnej identyfikacji pałeczek z rodziny *Enterobacteriaceae*. I tym samym czy wymaga aby podłoże zawierało chromogenne substraty do wykrywania  $\beta$ -galaktozydazy (GAL) poprzez wytworzenie różowego barwnika,  $\beta$ -glukozydazy (GLU) poprzez wytworzenie niebieskiego barwnika oraz tryptofan do wykrywania dezaminacji tryptofanu (TDA) u *Proteus spp.*; *Morganella spp.*; *Providencia spp.* oraz wytwarzania indolu przez *E.coli* ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Dotyczy pakietu 7**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

**Dotyczy pakietu 9**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, gdzie opakowanie wynosi 60 testów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków bez pochłaniacza wilgoci, z czytelnym symbolem z jednej strony?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków diagnostycznych z terminem ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Dotyczy pakietu 12**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki, charakterystyki produktu dla całego przedmiotu umowy zostały dostarczone wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynników laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza króliczego w opakowaniu zawierającym 10 ampułek po 2 ml i tym samym na zaoferowanie 12 takich opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

**Dotyczy umowy (Zał. nr 4 do SIWZ)**

1. (§6, ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od % wartości netto?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

2. (§6, ust. 1.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych za opóźnienie w realizacji dostawy na 1 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

3. (§6, ust. 1.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy na 1 % wartości brutto danego asortymentu za każdy dzień opóźnienia?


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

4. (§6, ust. 1.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 8 % wartości niezrealizowanej umowy brutto?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska

  
2.10.2017