

WSZ-EP-28/ZO/ 1302 /2017

Konin, 09 października 2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-28/ZO/2017 na dostawę systemu do przedniej reoperacji przepony moczowo-płciowej dla potrzeb WSZ w Koninie.

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej reoperacji przepony moczowo-płciowej dla potrzeb WSZ w Koninie uprzejmie wyjaśniamy:

1) Czy Zamawiający dopuści w Przedmiocie zamówienia:

- 25 szt. systemów do przedniej reoperacji przepony moczowo płciowej, siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 μm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
- 1 sztuka igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji metodą przezczasłonową ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka