

WSZ-EP-59/1335/2017

Konin, 10.10.2017r.

### **MODYFIKACJA SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-59/2017)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 59/2017:

**I. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 59/2017 w następującym zakresie:**

**1. Modyfikacji ulegają zapisy pkt 6 SIWZ, Termin realizacji przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**

Wymagany termin realizacji i zakończenia przedmiotu zamówienia: **do 08.12.2017 roku**, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

**2. Modyfikacji ulegają zapisy pkt 10 SIWZ, Opis sposobu przygotowania ofert ppkt 10.8, który otrzymuje brzmienie:**

10.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-59/2017. Nie otwierać przed 17.10.2017 r., godz. 11:00”,**

**3. Modyfikacji ulegają zapisy pkt 13 SIWZ, Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 13.1 i 13.2, które otrzymują brzmienie:**

**13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10:00.** Miejscem składania ofert jest **Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.**

**13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**

**II. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ 59/2017 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych w zakresie warunków dostaw, gwarancji i serwisu i innych w pkt. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:**

7. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie **3 dni robocze**, czas naprawy maksymalnie **5 dni roboczych** od zgłoszenia lub maksymalnie **7 dni roboczych** w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części zamiennych

**Pozostałe zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ 59/2017 bez zmian.**

**III. Zamawiający modyfikuje również zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy w zakresie:**

**1. § 3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**

Strony ustalają termin realizacji umowy: **do 8.12.2017 roku**, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

**2. § 5 Okres i warunki gwarancji ust. 6, który otrzymuje brzmienie:**

6. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie **3 dni robocze**, czas naprawy maksymalnie **5 dni roboczych** od zgłoszenia lub maksymalnie **7 dni roboczych** w przypadku awarii wymagającej sprowadzenia części zamiennych.

**3. § 7 Postanowienia końcowe ust. 2 ppkt b, który otrzymuje brzmienie:**

- b) opóźnienia w naprawieniu wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji przekraczającej **14 dni**,  
– w terminie 30 dni od upływu ww. terminu.

**W pozostałym zakresie zapisy SIWZ 59/2017 nie zmieniają się.**

**Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-59/2017, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Sporządziła: Ż. Borowska

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczne-Finansowe  
*Dorota Kotiecka*  
Dorota Kotiecka

SECRET

SECRET