

WSZ-EP-56/...../2017

Konin, 23.10.2017r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego, wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej i neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.; (nr sprawy: WSZ-EP-56/2017).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 2

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w pakiecie 2 w pozycji 1, od wymogu impregnacji węglem i dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez o strukturze dwuwarstwowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 2 i 3, w miejsce pierwotnych parametrów, protez dwustronnie welurowanych z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy o czasie absorpcji do 2 tygodni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Rozumiemy, że Zamawiający w pozycji 2 oczekuje zaoferowania protez prostych w zakresie średnic 6-38mm. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez długości 15, 30, 40, 60 cm dla średnic 6-8mm; długości 15, 30, 60cm dla średnic 10-16mm; długości 12,5, 25, 50cm dla średnic 18-28mm oraz długości 10, 20, 40cm dla średnic 30-38mm, z wyłączeniem średnicy 36mm, która występuje w długości 30, 40 lub 60cm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pakiet nr 2 w pozycji 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Proteza naczyniowa rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu (PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydłęcego, przepuszczalność wody poniżej 5ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości całkowite 40,50, cm, średnica 12,14,16,18,20,22,24 mm, średnica rozwidlenia 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb.” Zamawiający umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

4. Prosimy o określenie w pozycji 3 dokładnych rozmiarów protez rozwidlonych. Zamawiający nie określił rozmiarów protez rozwidlonych, które występują w długościach 45cm i średnicach 12x6mm do 24x12mm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pakiet nr 2 w pozycji 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Proteza naczyniowa rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu(PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydłęcego, przepuszczalność wody poniżej 10ml/cm²/min, dostępne rozmiary długości 40,50 cm ;średnica 12,14,16,18,20,22,24 średnica rozwidlenia 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb” Zamawiający umieści modyfikację na na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: S. Skrycka