

Konin, 30.11.2017 r.

WSZ-EP-67/11606 /2017

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb zabiegów okulistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-67/2017**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet nr 1 :

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa asferyczna, bezaberracyjna, akrylowa, o stałym dioptrażu na części optycznej. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C, ukątowanie haptyków 0°. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczępiu, materiał gwarantujący brak odbłasków. Soczewka z filtrem UV. Zakres dioptrażu 0D-34D, w przedziale 10,0-30,0D dostępna co 0,5D. Średnica całkowita soczewki 12,5 mm. Średnica optyczna 6,0 mm. Uwodnienie soczewki 3% - 4%. Dołączony wielorazowy injector do cięcia 2,2mm wraz z kartridżem. Współczynnik refrakcji 1,54. Funkcja anti-glare- redukująca odbłaski.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 3:

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, hydrofilna, jednoczęściowa, asferyczna, długość całkowita w zakresie od 11,00mm w zakresie 10,00 – 15,0D , 10,7mm w zakresie 15,5-22,0D oraz 10,5mm w zakresie 22,5- 30,0D. Średnica części optycznej 6mm, zakres

mocy od 0,00D do 30,0D w tym od 0,0D do 0,9D co 1,0D natomiast od 10,0D do 30,0D co 0,5D współczynnik refrakcji 1,458, zawartość wody 26%, cięcie 2,2-2.8. Soczewka bezaberracyjna, zwijalna, sterylna, jednoczęściowa o 4 haptkach narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, o ostrych krawędziach na części optycznej i haptycznej, angulacja 0 stopni. Dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Kompatybilne z laserem YAG. System implantacyjny injector+kartridż?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: Ż. Borowska