

Konin, 30.11.2017 r.

WSZ-EP-67/1607/2017

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb zabiegów okulistycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-67/2017**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie:

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści zakres dostępnych mocy od 1D do +30D (do +10D co 1D; od 10,0D do 25D co 0,5D; od 25D co 1D)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zakres dostępnych mocy od +1D do +30D. W związku z powyższym modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła: Ż. Borowska