

Konin, dn.... 04.01.2018

WSZ-EP-69/17/...../2018

wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikację

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-69/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy Załącznik nr 3. – zestawienie wymaganych parametrów technicznych, warunki dostawy, gwarancji i serwisu i inne, pkt. 3

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie zakresu prac dostosowawczych, budowlanych i instalacyjnych. Czy Zamawiający będzie wymagał położenia nowej wykładziny elektrostatycznej, instalacji sufitu podwieszanego, instalacji nowego oświetlenia, gruntowania i malowania ścian etc.? Dla szczegółowej wyceny powyższe informacje są niezbędne. Chcielibyśmy niniejszym zwrócić uwagę Zamawiającego na to, iż obecny zapis może być przez każdego z Wykonawców interpretowany inaczej, a Zamawiającemu zależy prawdopodobnie na kompletnym remoncie pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga demontażu obecnie zainstalowanego aparatu oraz montażu zaofiarowanego – zakres prac ograniczony jest do wszelkich prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu przy zachowaniu jego wszystkich funkcji. Do czynności tych zalicza wszystkie prace dostosowawcze, testy, pomiary i oznakowanie potwierdzające pełną funkcjonalność oraz przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika, w tym zgodnej z prawem ochrony radiologicznej. Z przeprowadzonych prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących, użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc.

Zamawiający nie może określić szczegółowego zakresu prac, ponieważ jest on indywidualny dla zaofiarowanego przez Wykonawcę aparatu. W celu umożliwienia złożenia oferty Zamawiający udostępni docelowe pomieszczenie celem dokonania wizji lokalnej w godzinach normalnej pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. 8:00 – 14:00 za uprzednim uzgodnieniem z Kierownik Zakładu Panią Wiolettą Markaczewską nr telefonu 63 240 41 90. Ponadto na wniosek oferentów zamawiający udostępni dokumentację projektową do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zespołu Warsztatów nr telefonu 63 240 41 71.

W związku z powyższym Zamawiający zamieści modyfikację zestawienia wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 3 tabeli warunki dostawy, gwarancji i serwisu i inne na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Dotyczy Załącznik nr 4. – Projekt umowy nr 69/2017

2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując w § 1 projektu umowy „aparat RTG z ramieniem C” jako przedmiot umowy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła oczywista pisarska. W związku z powyższym Zamawiający zamieści modyfikację projektu umowy na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka