

Konin, *06.01.2018*.....r.

WSZ-EP-69/17/*7*...../2018

wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikacje

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-69/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1 (dotyczy l.p. 6)

Zamawiający wymaga generatora **wysokiej częstotliwości** min. 100 kHz. Jest wyjątkowo mała częstotliwość (kilkakrotnie niższa) w stosunku do powszechnie używanych częstotliwości w tego typu urządzeniach. Częstotliwość pracy generatora w istotny sposób wpływa na tętnienie lampy i jej stabilną pracę. W związku z powyższym czy Zamawiający chcąc uzyskać urządzenie nieodlegające technologicznie od powszechnie przyjętych rozwiązań będzie wymagał generatora wysokiej częstotliwości min. 400 kHz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Według wiedzy i doświadczenia Zamawiającego powyższa wartość zapewnia stabilną pracę i nie odbiega od wartości powszechnie dostępnych dla tego typu urządzeń.

Pytanie 2 (dotyczy l.p. 39)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem poprzecznym lampy rtg 202 cm? Jest to wartość pozwalająca na swobodne wykonywanie wszelkich ekspozycji na stole (którego wymagana szerokość blatu wynosi 90 cm) a także na statywie kostno-płucnym (gdzie zakres ruchu poprzecznego nie ma znaczenia) oraz na wózku lub mobilnym stole. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie i wymienienie typu projekcji, przy których oferowana wartość zakresu ruchu poprzecznego uniemożliwia wykonanie w stosunku do wymaganych 220 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres ruchu poprzecznego lampy rtg pod warunkiem zaoferowania stołu o szerokości min. 90 cm. W związku z powyższym zamieści modyfikację zestawienia wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 3 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pytanie 3 (dotyczy l.p. 43)

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli obrót kołpaka z lampą rtg wokół osi pionowej z zatraskiem co 90 stopni wynosi $+200^\circ/-135^\circ$? W sunie oferowany zakres jest szerszy niż wymaga Zamawiający (wymóg $\pm 150^\circ = 300^\circ$, oferowane $+200^\circ/-135^\circ = 335^\circ$). Oferowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie w jakich okolicznościach oferowany zakres ogranicza zrobienie badania w stosunku do wymogu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres. W związku z powyższym zamieści modyfikację zestawienia wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 3 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pytanie 4 (dotyczy l.p. 49)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z szerokością blatu 85 cm pod warunkiem, że wszystkie inne wymogi są spełnione? Oferowana wartość umożliwia wykonanie badania pacjentom nawet o bardzo dużych gabarytach. Oferowany stół pod niemal wszystkimi względami przewyższa wymogi Zamawiającego (wysokość blatu: 46-85 cm, nośność: 375 kg, ruch poprzeczny blatu: 26 cm, ruch wzdłużny blatu: 230 cm). Oferowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Szerokość blatu pacjenta w zdecydowany sposób wpływa na bezpieczeństwo pacjentów – zwłaszcza dzieci i osób starszych oraz pacjentów powypadkowych.

Pytanie 5 (dotyczy l.p. 63)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z najniższym położeniem punktu centralnego bucky w stojaku 37 cm? Różnica 1 cm nie wpływa na sposób pracy urządzenia i jest niezauważalna przez operatora. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie i podanie rodzaju badania, w którym różnica ta jest istotna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres. W związku z powyższym zamieści modyfikację zestawienia wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 3 do SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Pytanie 6 (dotyczy l.p. 74)


Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z kolorowym monitorem stacji technika do ustalania ekspozycji o przekątnej 15"? Tak jak sam Zamawiający określił stacja technika służy jedynie do ustalania ekspozycji a nie do opisu zdjęć (co odbywa się na stacji opisowej nie objętej niniejszym postępowaniem). W razie negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie i podanie okoliczności, w których oferowany monitor 15" będzie niewystarczający do rodzajów wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostawę stacji technika o wymaganych parametrach i nie powodują ograniczeń dla potencjalnych Wykonawców.

Wielkość monitora w istotny sposób zwiększa przejrzystość wyświetlanych komunikatów i zmniejsza prawdopodobieństwo błędów w przypadku monitora dotykowego, który jest wymagany w/w punkcie.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotedka

Sporządziła: K. Lewandowska