

Konin, 04.01.2018 r.

WSZ-EP-69/17/...../2018

wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikacje

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG ze spłatą w systemie ratalnym dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-69/2017)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Zapytanie nr 1 dotyczy Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych – L.p. 49

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatu RTG ze stołem o szerokości blatu wynoszącej 81 cm? Taka szerokość blatu jest standardową wielkością dla stołów rentgenowskich i wystarczająca do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Szerokość blatu pacjenta w zdecydowany sposób wpływa na bezpieczeństwo pacjentów – zwłaszcza dzieci i osób starszych oraz pacjentów powypadkowych.

Zapytanie nr 2 dotyczy Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych – Warunki dostawy, gwarancji serwisu i inne

Prosimy o podanie zakresu prac dostosowawczych pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany nowy aparat RTG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga demontażu obecnie zainstalowanego aparatu oraz montażu zaoferowanego – zakres prac ograniczony jest do wszelkich prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu przy zachowaniu jego wszystkich funkcji. Do czynności tych zalicza wszystkie prace dostosowawcze, testy, pomiary i oznakowanie potwierdzające pełną funkcjonalność oraz przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika, w tym zgodnej z prawem ochrony radiologicznej. Z przeprowadzonych prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą potwierdzającą zakres przeprowadzonych czynności, kwalifikacje zawodowe osób je wykonujących, użytych materiałów, wykonania testów, pomiarów etc.

Zamawiający nie może określić szczegółowego zakresu prac, ponieważ jest on indywidualny dla zaoferowanego przez Wykonawcę aparatu. W celu umożliwienia złożenia oferty Zamawiający udostępni docelowe pomieszczenie celem dokonania wizji lokalnej w godzinach normalnej pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej tj. 8:00 – 14:00 za uprzednim uzgodnieniem z Kierownik Zakładu Panią Wiolettą Markaczewską nr telefonu 63 240 41 90. Ponadto na wniosek oferentów zamawiający udostępni dokumentację projektową do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zespołu Warsztatów nr telefonu 63 240 41 71.

W związku z powyższym Zamawiający zamieści modyfikację zestawienia wymaganych parametrów technicznych – zał. nr 3 tabeli warunki dostawy, gwarancji i serwisu i inne na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: K. Lewandowska