

WSZ-EP-14/.....³⁶⁴...../2018

Konin,²⁷.....MAR..2018.....

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji oraz procesorów mowy/dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-14/2018).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-14/2018:

I. Zmiany następują w SIWZ WSZ-EP-14/2018 w punkcie 10, 13 i 15:

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.7 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji oraz procesorów mowy/dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego w kości dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-14/2018. Nie otwierać przed ...²⁰¹⁸...⁰⁴...⁰³... r, godz. 11:00”.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia²⁰¹⁸...⁰⁴...⁰³ r. do godz. 10.00 Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu²⁰¹⁸...⁰⁴...⁰³ r. o godz. 11.00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8)

15. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający w kryterium funkcjonalność (Ad. B.) w pakiecie nr 1 lp. 2 zmienia parametr oceniany , który otrzymuje następujące brzmienie:

Ad. B.

Kryterium funkcjonalność (F) - punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionego Zestawienia parametrów ocenianych w formularzu asortymentowo-cenowym według zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów:

Lp.	Ocenie podlegać będą następujące parametry:	Ilość punktów
1.	Minimum 6 stopni siły magnezu dobiegającego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta:	

	<ul style="list-style-type: none"> • 6 stopni siły magnesu • powyżej 6 stopni siły magnesu 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 pkt - 20 pkt
2.	<p>Możliwość wykonania MRI bez wykonywania jakiegokolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiegokolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządzenia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5T • 3T i powyżej 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 pkt - 20 pkt

- Zamawiający w kryterium funkcjonalność (Ad. B.) w pakiecie nr 3 lp. 1 zmienia parametr oceniany , który otrzymuje następujące brzmienie:

Ad. B.

Kryterium funkcjonalność (F) punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionego Zestawienia parametrów ocenianych w formularzu asortymentowo-cenowym według zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów:

Parametry oceniane

L.p.	Parametry oceniane	Ilość punktów
1.	Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe - wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory -w zestawie 1 kpl. Podać typ baterii.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2.	W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej, ponad 16 kanałów przetwarzania sygnału.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3.	Możliwość pełnego programowania procesora poprzez bezprzewodowy interfejs bez użycia bezpośredniego podłączenia przez kabel	TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt
4.	Informacja wizualna o stanie baterii.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt

II. Zmiany następują również w załączniku nr 2 do SIWZ (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY), polegające na:

- zmianach w parametrach ocenianych dla pakietu nr 1 lp. 2 oraz dla pakietu nr 3 lp. 1.
- zmianach treści opisów w załączniku nr 5 do SIWZ dla pakietu nr 2 parametry wymagane pkt 3.1)

W pozostałym zakresie zapisy nie zmieniają się. W zawiązku z modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl, aktualne, zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-14/2018.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka