

WSZ-EP-9/...<sup>307</sup>...../2018

Konin, 14 MAR. 2018

Wg rozdzielnika

**Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące jej modyfikacje**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-9/2018)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

**Zadanie nr 13 poz 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 12mm oraz nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 15mm oraz nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 12mm oraz nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 6,7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 15mm oraz nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian.  
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 18mm oraz nitki 50cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 18mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

**Zadanie nr 13 poz 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły 25mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**


**Zadanie nr 17**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu wykonanego z kwasu poliglikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniającego się w ciągu 60-90 dni, pakowanego w pojedyncze, aluminiowe opakowanie sterylizacyjne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry bez zmian. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ ( formularz asortymentowo – cenowy).**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Naczelną Pielęgniarką



mgr Maria Wróbel