

WSZ-EP-19/...677...../2018

Konin, 2 1 MAJ 2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę endoprotez stawu kolanowego i biodrowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2018).

Szanowni Państwo,

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie udzieloną w piśmie nr WSZ-EP-19/650/2018 z dnia 16.05.2018r. dotyczącego wyjaśnień do SIWZ na dostawę endoprotez stawu kolanowego i biodrowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w następujący sposób:

1. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – formularza asortymentowo- cenowego lp. 8 Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, z zachowaniem PCL i tylnio stabilizowana. Czy Zamawiający w lp. 8 Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, z zachowaniem PCL i tylnio stabilizowana formularza asortymentowo- cenowego dopuści zaoferowanie pierwotnej endoprotezy stawu kolanowego cementowej i bezcementowej z zachowaniem PCL i tylnostabilizowanej bez pokrycia okładziną ceramiczną.

Pozostałe parametry, w tym dla wersji półzwiązanej, bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie pierwotnej endoprotezy stawu kolanowego cementowej i bezcementowej z zachowaniem PCL i tylnostabilizowanej z powłoką ceramiczną i bez powłoki ceramicznej. Pozostałe parametry, w tym dla wersji półzwiązanej, bez zmian.

Ponadto Zamawiający wymaga, że w razie potrzeby Wykonawca musi dostarczyć protezy z powłoką ceramiczną.

W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy).

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Leszek Sobieski

Sporządziła: R. Janik