

WSZ-EP-45/1297/2018

Konin, 22 PAŹ. 2018

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-45/2018)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1 – do zał. 2 – pakiet 1:**

Czy zamawiający dopuszcza tolerancję toreb i rękawów +/- 5 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Pytanie 2 - do zał. 2 – pakiet 1:**

Czy zamawiający wymaga worków 8-warstwowych jeśli folia użyta w workach innych firm nie wpływa na ich jakość i wytrzymałość i spełnia normy ISO wspomniane w SIWZ? Wymóg folii 8-warstwowej wskazuje na jednego producenta i nie jest zgodne z zasadami o uczciwej konkurencji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 - do zał. 2 – pakiet 1:**

Proszę o wyodrębnienie z pakietu poz.17 (torba samop.). Ogranicza to konkurencyjność pozostałych firm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 17 do odrębnego pakietu nr 1A. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Pytanie 4 - do zał. 2 – pakiet 10:**

Czy zamawiający dopuszcza przebarwienie się wskaźnika na kolor Różowy? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 - do zał. 2 – pakiet 18:**

Czy zamawiający dopuszcza wkładki absorpcyjne o rozmiarze 300:500 mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**


**Pytanie do zał. 2 - pakiet 9**

Czy zamawiający dopuszcza żeby zmiana koloru wskaźnika była z barwy niebieskiej na różową?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
*Dorota Kotecka*