

WSZ-EP-45/...1298.../2018

Konin, ...22 PAŹ. 2018...

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-45/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru krepowanego o zawartości chlorków nie więcej niż 0,05%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro 0,8 kN/m oraz 0,5 kN/m, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Podane wartości są niewiele niższe od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny o zawartości chlorków nie więcej niż 0,03%, wytrzymałości na rozdarcie nie mniejszej niż 1100 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1600 mN w kierunku poprzecznym oraz gramaturze wynoszącej 57g/m²? Wszystkie zaproponowane parametry są niewiele niższe od wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

5. Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Dotyczy Pakietu nr 9

6. Czy Zamawiający dopuści test B&D, posiadający odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacyjną wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat? Co więcej taki test jest kompatybilny z przyrządem testowym stosowanym jednocześnie do testów chemicznych typu V oraz ampułkowego testu biologicznego jako kontrola wsadu PCD.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 11

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika emulacyjnego kl. 6, który przebarwia się na kolor czarny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 16

8. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

9. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

10. Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Dotyczy Pakietu nr 17


11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontroli zgrzewów wykonanego z papieru, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 18

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek absorpcyjnych o zbliżonych wymiarach tj. 300 x 500 lub 350 x 580mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zona Dyrektora
ds. Zarządzania Finansowych
D. Kótecka
Dorota Kótecka