

WSZ-EP-45/...1299.../2018

Konin, ...22 PAŹ. 2018...

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-45/2018)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytania do asortymentu:**

**Dot. pakietu 1, poz. 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 200mm x 50mm w zamian za 200mm x 60mm?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Dot. pakietu 1, poz. 30:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 380mm x 80mm w zamian za 350mm x 80mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Dot. pakietu 1:**

Czy Zamawiający aby zwiększyć konkurencyjność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodzi się wyłączyć z pakietu 1 pozycje nr: 18-30 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek oraz rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji zgodnych z obowiązującymi na rynku normami (PN EN 868-3, 868 – 5), o podanej charakterystyce:

- Folia nie mniej niż 6-cio warstwowa (plus warstwa łącząca)
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,20 kN/m zamiast 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,80 kN/m zamiast 4,0 kN/m.

Deklarujemy, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami technicznymi Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. wymagań w zakresie pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego do sterylizacji o podanej charakterystyce:

- zawartości siarczanów na poziomie 0,034%
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m oraz odpowiednio na mokro 0,72 kN/m oraz 0,42 kN/m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. wymagań w zakresie pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny do sterylizacji o podanej charakterystyce:

- zawartości chlorków na poziomie 0,030%
- wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1150 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1700 mN w kierunku poprzecznym
- gramatura nominalna na poziomie 60 g/m<sup>2</sup>
- nie uszczelnianej lateksem

Deklarujemy, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami technicznymi Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Dot. wymagań w zakresie pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego biodegradalnego wykonanego z włókna celulozowego z gwarancją sterylności 180 dni. Okres utrzymania jałowości 180 dni potwierdzony opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Pytania do umowy:**

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 7 ust. 1. punkt 1) i 2) wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy do 10%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota Kotecka