

Konin, 3.12.2018 r.

**WSZ-EP-56/1456/2018**

wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-56/2018**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Pytanie 1, zadanie 11

Prosimy o dopuszczenie zastawki typ Hakim (4 ciśnienia otwarcia mechanizmu zastawkowego w zakresie 15-140mm H2O do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowanym urządzeniem antysyfonowym zapobiegającym ponadnormatywnemu drenażowi płynu przy zmianie pozycji ciała pacjenta – zastawka i syfon tworzą całość. **Zastawki w 2 rozmiarach: dla dorosłych, dzieci/niskich dorosłych** do wyboru Zamawiającego. Zastawka ze zbiornikiem płynu mózgowo rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu. W zestawie dren komorowy z kolankiem antyzałamaniowym oraz dren dootrzewnowy. Zastawka pozbawiona elementów metalowych umożliwiającą wykonania badania MRI do 3 tesli i nie powodującą artefaktów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 2, zadanie 12

Prosimy o dopuszczenie zastawki typ in-line z 4 ciśnieniami otwarcia: nisko/nisko ciśnieniowa, nisko ciśnieniowa, średnio ciśnieniowa, wysokociśnieniowa w zakresie 10-170mm/h.

**Zastawki w 2 rozmiarach: dla dorosłych i dzieci/niskich dorosłych** do wyboru Zamawiającego. Zastawka ze zbiornikiem płynu mózgowo rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu. W zestawie dren komorowy z kolankiem antyzałamaniowym oraz dren dootrzewnowy. Zastawka pozbawiona elementów metalowych umożliwiającą wykonania badania MRI i nie powodującą artefaktów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 3, zadanie 13

Prosimy o dopuszczenie drenażu komorowego o poniższych parametrach:

- dren komorowy 35 cm - odcinek dystalny długości 2,4cm - 4 rzędy po 8 otworów każdy
- odpowietrznik hydrofobowy
- dwa wolne od lateksu punkty iniekcji
- blokada aktywowana linką
- komora ściekowa 50 ml z podziałką
- wymienna torebka drenażowa 700 ml
- dren komorowy impregnowany barem, 35 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 4, zadanie 13**

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażowego z workiem o pojemności pow. 500 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-56/2018 - Formularz asortymentowo-cenowy, który udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

#### **Pytanie 5, zadanie 14**

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14G
- Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Tępo zakończona igła
- Torebka drenażowa EDM 700 ml
- Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny)
- Komora kropelkowa 120 ml z podziałką

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż zapisy SIWZ uwzględniają powyższe parametry**

#### **Pytanie 6, pakiet 14**

Prosimy o dopuszczenie drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach:

- Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm
- Igła Tuohy o rozmiarze 14
- Tępo zakończona igła
- Występy mocujące (2 sztuki)
- Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem
- Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji.
- Torebka drenażowa EDM 700 ml

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-56/2018 - Formularz asortymentowo-cenowy, który udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotwicka*

Sporządziła: Ż. Borowska